РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **011/2-251**

Термометры сопротивления ТС-1388		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
9155, 11718	**8645, 8646**	**18131-09**

Назначение: измерение температуры

Технические характеристики.		Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности:	**АА (± 0,1 °С)**	к. 155
Диапазон:	**(- 50 … 200) °С**	

Результаты первичной поверки от 06.10.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	КД АА	КД АА

Периодичность поверки: 1 раз в 2 года.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
11ЦВСП	15/09/11	КД АА
353639 (40)	06/06/12	КД АА